




КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„Др Лаза Лазаревић“ Београд, Вишеградска 26
CLINIC FOR MENTAL DISORDERS

„Dr Laza Lazarević“ Belgrade, Visegradska 26

e-mail: drlazal@eunet.rs www.lazalazarevic.rs tel:+381 11 3615-761, -760 fax:+381 11 3636-461

1. Наручилац: Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ Београд, Вишеградска бр 26
2. Веб сајт: www.lazalazarevic.rs
3. email: nabavna.sluzba@lazalazarevic.rs
4. Врста поступка : јавна набавка мале вредности ј.н.м.в. 03/2018
5. Врста предмета : добра
6. Предмет јавне набавке добара је : Лабораторијски потрошни материјал по партијама – 10 партија



- Партија 1. – Потрошни материјал за одређивање концентрације лекова
- Партија 2. – Потрошни материјал за одређивање параметара коагулације
- Партија 3. – Потрошни материјал за биохемијске анализе
- Партија 4. – Потрошни материјал за хематолошке анализе
- Партија 5. – Потрошни материјал за одређивање концентрације хормона
- Партија 6. – Потрошни материјал за одређивање концентрације електролита
- Партија 7. – Потрошни материјал за анализу урина
- Партија 8. – Потрошни материјал за брзе тестове
- Партија 9. – Пластични потрошни материјал
- Партија 10. – Потрошни материјал за узорковање биолошког материјала

7. Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавки на позицији 33696500- Лабораторијски реагенси

8. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јанвој набавци

Питања и одговори - Партија 10. – Потрошни материјал за узорковање биолошког материјала

Питање 1:

У опису ставке 7 Партије 10. – Потрошни материјал за узорковање биолошког материјала није дефинисано да ли вакутајнер Holder носач игле треба да има интегрисан luer adapter ?

Одговор на питање бр.1 :

У опису ставке 7. *Вакутајнер Holder носач игле треба да има интегрисан luer adapter.*

Питање бр.2 :

CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) standard H1-A5 налаже да производи који чине комплет за узорковање венске крви буду од истог произвођача обзиром да производи различитих произвођача могу узорковати стварање хомолизе због које се пацијенту не могу одрадити све затражене анализе, затим превремени губитак вакуума у епрувети због чега се добија недовољна количина узорка крви и неправилан однос крви и антикоагуланса (у епрувети) који негативно утиче на квалитет добијених резултата и појаву немогућности да се игла чврсто зашрафи за холдер, те њеног „испадања“ из холдера и на крају потребе да се пацијенту изврши поновно узорковање крви.

Молимо да се дефинише да ли је потребно да понуђени производ за узорковање венске крви буду од истог произвођача ?

Одговор на питање бр. 2 :

Потребно је да понуђени производи за вађење венске крви (игле, вакум епрувете и холдери) буду од истог произвођача како и сама правила CLSI налажу.

Председник Комисије за ј.н.